

USAGE PRÉVU :

La Slishman Traction Splint est destinée à être utilisée par les professionnels de santé pour la stabilisation et la traction des fémurs fracturés. Le dispositif peut également faire office d'attelle classique pour tout type de fracture, entorse ou foulure.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Après chaque utilisation, la Slishman Traction Splint doit être inspectée pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et fonctionnelle. L'attelle doit être lavée abondamment à l'eau additionnée de désinfectant, puis essuyée à l'aide d'un chiffon propre. Si l'attelle entre en contact avec des toxines telles que les organophosphates, des matières radioactives ou un volume important de fluides corporels, elle doit être éliminée conformément aux procédures en vigueur pour les substances dangereuses ou déchets biologiques. Si elle peut être lavée et désinfectée, elle conviendrait à une réutilisation. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas retirer ou desserrer les sangles pour le nettoyage. La sangle du tube externe en néoprène ne doit pas être nettoyée à l'eau chaude, car elle aurait tendance à rétrécir ou à se détacher. Au lieu de cela, essayez entièrement la sangle à l'aide de lingettes désinfectantes. La STS doit être considérée comme jetable si fortement contaminée, si son nettoyage nécessite trop d'efforts ou si l'appareil ou l'un de ses mécanismes a été altéré par l'utilisation. Rescue Essentials remplacera toute Slishman Traction Splint utilisée à des fins de formation et présentant des signes d'usure ou de cassure liés à une utilisation continue.

MISES EN GARDE :

La Slishman Traction Splint peut être utilisée pour aider à immobiliser tout type de blessure en tant qu'attelle classique. La traction est envisageable pour les fractures de la hanche, du bassin ou de l'humérus, si un test de la corde de traction entraîne un soulagement immédiat de la douleur ou rétablit la circulation sanguine. Par ailleurs, la traction doit être évitée en cas de fractures ouvertes et fortement contaminées, car celle-ci risquerait de faire pénétrer des particules contaminantes à l'intérieur du corps.

Tout incident grave lié à l'utilisation de cet appareil doit être signalé à Tri-Tech Forensics et à l'Autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

	Dispositif médical		Identifiant unique de l'appareil		Représentant européen autorisé		Numéro de série		Date de fabrication
	Non fabriqué avec du latex naturel		Fabricant		Consulter les instructions d'utilisation		Numéro de lot		

Brevets américains : 6.394.972 - 6.786.882 - 6.913.587
 Répond à la norme MIL-STD-810G. 501.5
 EP Pat. (DE. FR. UK) No. 3226817
 Brevet canadien 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by



Fabriqué par Tri-Tech Forensics, Inc. dba
 Rescue Essentials 3811 International Blvd
 NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ÉTATS-UNIS

REF # 10-0262 NSN: 6515-01-631-3182
 NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33,
 Suite 1232595AM La Haye
 Pays-Bas



North Carolina ÉTATS-UNIS • 910-830-0286
 www.rescue-essentials.com

MODE D'EMPLOI

Slishman Traction Splint (STS)

MODE D'EMPLOI

RESCUE ESSENTIALS



Avant l'application, évaluer la fonction CMS (circulation, motrice et sensorielle) et le niveau de douleur selon le protocole local.

1. Attacher la sangle de cheville

- Retirer la sangle de cheville et le bouchon de la barre
- Dérouler la sangle de cheville et la poser le bouchon latéral vers le haut pour recevoir la barre d'attelle
- Fixer à l'aide d'un crochet et d'une bande auto-agrippante



REMARQUE : La sangle de cheville peut être posée sur le mollet en cas de blessures à la jambe inférieure.




2. Attacher la sangle inguinale

- Poser la boucle femelle sur la cuisse antérieure
- Enrouler la boucle mâle et la sangle derrière la cuisse
- Rattacher la boucle mâle à la boucle femelle et bien serrer



3. Exercer une forte traction

- Allonger l'extrémité distale après avoir desserré la vis moletée de la pince à barre noire
- Insérer la barre distale dans le bouchon de la sangle de cheville
- Après avoir atteint la longueur souhaitée, serrer la vis moletée



4. Appliquer une traction légère

- Desserrer la vis moletée sur la pince à barre rouge
- Tirer la corde pour exercer autant de traction que souhaité
- Serrer la vis moletée sur la pince à barre rouge et libérer la corde



5. Réévaluer et surveiller

- Réévaluer le CMS et le niveau de douleur
- Ajuster la traction si nécessaire de manière à minimiser la douleur, et à ne pas entraver la circulation sanguine
- Pour une stabilité rotative, attacher la sangle mi-jambe à l'attelle et envelopper (une ou les deux jambes) en dessous du genou



USAGE PÉDIATRIQUE

Pour les patients mesurant moins de 110 cm (environ 43 pouces) de hauteur et/ou âgés de 3 ans ou moins, allonger la sangle inguinale pour permettre à l'attelle d'être posée plus près de la hanche.



REMARQUE : SI LA PINCE GLISSE DE LA BARRE

Si jamais la pince à barre rouge ou noire glisse de la barre, il suffit de desserrer la vis moletée et de repousser la pince à barre vers l'extrémité de la barre jusqu'à l'endroit indiqué. Serrer la vis moletée pour maintenir en place.



SCAN ME