

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NÁVOD K POUŽITÍ

RESCUE ESSENTIALS



1. U pacientů vyšších než 1,5 m vytahujte střední tyč z vnější tyče, dokud nezapadne pružinové tlačítko.



2. Neoprenový pás vnější tyče pevně přiložte proximálně k lýtku nebo česce.



3. Přiložte černý tříselný pás a upravte jej tak, aby těsně obepínal horní část stehna.



4. Jemným tahem za šňůru zvyšujte trakci, dokud se bolest nezmírní.



5. Zajistěte šňůru na místě zatažením do výřezu ve tvaru V v horní části vnitřní tyče.



6. Zajistěte volný konec trakční šňůry tak, že ji jednou omotáte kolem obou křidélek klínu.



7. Zraněnou končetinu stabilizujte* a pohodlně podložte.



8. Pečlivě sledujte oběhové, senzitivní a motorické funkce (CSM) a podle potřeby prostředek upravujte.



Poznámka: U nižších pacientů nebo dětí připevněte v případě potřeby neoprenový pás ke kotníku, aby prostředek lépe seděl.

*Stabilizace lze dosáhnout pomocí různých předmětů, včetně polštářů, přikrývek, pásek páteřní desky, vakuových dlah, poddajných dlah nebo předtvarovaných dlah. Součástí balení je tlakový obvaz Slishman Pressure Wrap, který pomáhá s rotační stabilitou pomocí následujících kroků:

1. Obě nohy obepněte smyčkou elastického návleku. Smyčka nemusí být pevně utažená.
2. Obtočte kolem protilehlé nohy tak, aby obě nohy byly vedle sebe, čímž zajistit rotační stabilitu. Při omotávání připevněte bílé háčky k černé látce.
3. Pokračujte v omotávání až ke konci elastické části a připevněte bílé háčky pod štítkem k černé látce.
4. Pokud to považujete za užitečné, запиšte čas přiložení do volného místa na štítku.
(Obvaz lze také použít k omezení krvácení jako jakýkoli jiný elastický tlakový obvaz.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NÁVOD K POUŽITÍ

RESCUE ESSENTIALS

URČENÝ ÚČEL:

Trakční dlahu Slishman Traction Splint je určena pro použití zdravotnickými pracovníky ke stabilizaci a trakci zlomených stehenních kostí. Prostředek lze použít také jako jednoduchou dlahu při jakékoli zlomenině, namožení nebo podvrtnutí končetiny.

VAROVÁNÍ:

Trakční dlahu Slishman Traction Splint lze použít jako základní dlahu pro znehybnění jakéhokoli zranění. Trakci lze zvážít u zlomenin kyčle, pánve nebo pažní kosti, pokud zkušební zatažení za trakční šňůru přinese okamžitou úlevu od bolesti nebo obnovení perfuze. Trakci je třeba se vyhnout také u hrubě otevřených a kontaminovaných zlomenin, kde hrozí riziko vtažení kontaminantů do těla.

POZNÁMKA:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, je nutno nahlásit společnosti Tri-Tech Forensics a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ:

Po každém použití je potřeba zkontrolovat, zda je trakční dlahu Slishman Traction Splint stále v dobrém funkčním stavu. Dlahu je nutno důkladně vyčistit omytím vodou s dezinfekčním prostředkem a poté otřít čistým hadříkem. Pokud se dlahu dostane do kontaktu s toxiny, jako jsou organofosfáty, radioaktivní materiál nebo nadměrné množství tělesných tekutin, měla by se zlikvidovat způsobem, který je považován za vhodný pro nebezpečné materiály nebo biologický odpad. Pokud ji lze umýt a vydezinfikovat, je přípustné její opětovné použití. Nepoužívejte bělidlo. Při čištění neodstraňujte ani neuvolňujte žádné popruhy. Neoprenový popruh vnější tyče by se neměl čistit horkou vodou, která může způsobit jeho smrštění nebo delaminaci. Místo toho popruh důkladně otrete dezinfekčními ubrousky. Produkt STS by měl být považován za jednorázový, pokud je hrubě znečištěný, pokud jeho čištění vyžaduje nadměrné úsilí nebo pokud byl prostředek nebo některý z jeho mechanismů při používání poškozen. Společnost Rescue Essentials vymění všechny trakční dlahy Slishman Traction Splint používané k výcviku, které se opotřebují nebo zlomí v důsledku nepřetržitého používání.

SOUČÁSTI TRAKČNÍ DLAHY STS-C



Vyrábí Tri-Tech Forensics, Inc. podnikající pod názvem Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

Patent č.: US 11 324 624 B2, datum patentu: 10. května 2022.

Vyrobeno podle patentů USA 10 517 750 a 11 324 624.

EP Pat. (DE, FR, UK) č. 3226817 · Kanadský patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nizozemsko

MD	Zdravotnický prostředek	UDI	Jedinečný identifikační prostředek	EC REP	Zpřimocněný evropský zástupce	SN	Sériové číslo		Datum výroby
LATEX	Není vyrobeno z přírodního kaučukového latexu		Výrobce		Viz návod k použití	LOT	Číslo šarže		

03-0020R1

